

Relatório do Material de Referência

Número do Relatório: 1820.23 revisão: 00

IDENTIFICAÇÃO DO ITEM

Material de Referência (MR): Manganês total 1000 mg/L

Código: MR_29.2

Lote: 1820/23

Data de Emissão do Relatório: 16/05/2023

O MR e seu relatório atendem aos requisitos do guia ABNT ISO Guia 31 [1] e, da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 [2]. Este certificado é válido apenas para o item acima, não sendo extensivo a quaisquer outros e, somente pode ser reproduzido de forma integral.

PREPARAÇÃO DO MR

Esse Material de Referência consiste de uma solução homogênea preparada gravimetricamente dissolvendo um sal de pureza altíssima e, traços de ácido nítrico ultra puro, em água ultra purificada (Tipo 1) com condutividade eletrolítica inicial menor do que 0,1 µS/cm. O produto foi envasado em frascos de polietileno de alta densidade contendo aproximadamente o volume de 125 mL de solução. O produto apresenta uma densidade de 1,02 g/mL em 20°C.

METODOLOGIA ANALÍTICA

Os ensaios de manganês são realizados em laboratório Acreditado (CRL 0922) pela ABNT NBR ISO/IEC 17025. A caracterização foi realizada usando a técnica de espectrometria de absorção atômica [3]. Os estudos de estabilidade e homogeneidade foram baseados no guia ABNT ISO Guia 35 [4], usando-se a técnica de espectrometria de absorção atômica [3].

RASTREABILIDADE METROLÓGICA

O uso do termo “rastreabilidade ao Nist” deve ser evitado por um erro conceitual, conforme orientação do INMETRO Nota Técnica nº 4/2021/ Remeq-I/ Dimci-Inmetro.

A rastreabilidade metrológica ocorre por comparação de resultados até o Sistema Internacional de Unidades (SI). Os produtos da QMC SANEAMENTO seguem a orientação da ABNT NBR ISO/IEC 17025, item 6.5.2:

“O laboratório deve assegurar que os resultados de medição sejam rastreáveis ao Sistema Internacional de Unidades (SI), item c) realização direta das unidades do SI que seja assegurada por comparação, direta ou indiretamente, com padrões nacionais ou internacionais.”

Relatório do Material de Referência

Número do Relatório: 1820.23 revisão: 00

FINALIDADE DE USO

Os exemplos de uso pretendido dessa solução padrão são: calibrações de instrumentos ou sistemas de medição e a validação de métodos analíticos (colorimetria, AAS, ICP).

ARMAZENAGEM E MANIPULAÇÃO

O produto antes de aberto deve ser armazenado na temperatura de 15°C a 30°C. Após aberto, este produto deve ser manipulado apenas durante o tempo necessário para a realização da medição evitando contato com possíveis contaminantes (vapores ácidos, óxidos e demais gases). Recomenda-se, após o uso, fechar o frasco e na temperatura de 15°C a 30°C. A alíquota mínima que deve ser utilizada é de 1 mL.

VALOR DE REFERÊNCIA

O valor referência do MR com sua incerteza expandida, para um nível de confiança de aproximadamente 95% e fator de abrangência ($k = 2$) [5], está discriminado abaixo:

1010 mg/L ± 8 mg/L

A incerteza expandida foi calculada pela combinação das contribuições das incertezas combinadas referente aos estudos de homogeneidade; estabilidade e caracterização [4,5].

$$U_{MRC} = k * \sqrt{[(u_{car})^2 + (u_{bb})^2 + (u_{lts})^2 + (u_{sts})^2] }.$$

PRAZO DE VALIDADE

O **lote desse produto** é válido até **junho de 2025**. Este produto deve ser manuseado e armazenado de acordo com as instruções contidas neste certificado. O certificado não terá valor caso o produto seja danificado, contaminado ou alterado. A QMC mantém um programa de monitoramento de todos os produtos. Qualquer alteração no valor certificado observada durante o monitoramento será imediatamente comunicada ao usuário.

REFERÊNCIAS

- [1] ABNT ISO GUIA 31:2017 Materiais de Referência – Conteúdo de Certificados e Rótulos.
- [2] ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017, Requisitos para Competência de Laboratórios de Ensaio e Calibração (LQ e carta controle).
- [3] Standard Methods for the Examination for Water and Wastewater (SMWW) – 23^a edição Método 3111 B.
- [4] ABNT ISO GUIA 35:2017, Materiais de Referência – Princípios Gerais e Estatísticos para Certificação.
- [5] Inmetro - Avaliação de Dados de Medição – Guia para a Expressão de Incerteza de Medição – GUM 2008. Tradução da 1^a Edição de 2008 da Publicação *Evaluation of Measurement Data – Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement – GUM 2008*, do BIPM Duque de Caxias – RJ, 2012.



Djan Porrua de Freitas
Responsável Técnico – CRQ 13400691